

**Протокол об итогах по Объявлению №13.
О закупках способом запроса ценовых предложений
Постановления Правительства
РК от 02 июня 2021 года № 375**

сего Б.Момышулы

«07» октябрь 2021 г.

1. Ценовые предложения в установленный срок представили следующие потенциальные поставщики:

№ п/п	Наименование потенциального поставщика	Дата и время предоставления заявки на участие в конкурсе
1	ТОО Атон Диагностика	05.10.2021г. час 10:47

2. Потенциальные поставщики представили следующие цены:

№	Наименование	Ед. измерение	Кол-во	Цена	ТОО Атон Диагностика
1	Газоанализатор паров этанола в выдыхаемом воздухе DraegerAlcotest® 5820. Технические характеристики: Принцип измерения 1/4" селективный электрохимический DraegerSensor на алкоголь. Диапазон показаний От 0 до 2,5 мг/л; при превышении измерительного диапазона на дисплее выводится сообщение. Отбор проб Стандарт: Автоматический пробо отбор при достижении минимального объема; Также возможен пассивный пробоотбор без мундштука или ручной запуск отбора. Готовность к работе Прибл. через 2 с после включения. Вывод результата измерения Прибл. через 3 с (при 0 мг/л); прибл. через 10 с (при 0,5 мг/л, при комнатной температуре). Рабочая температура От -5 до +50 °С. Относительная влажность Отн. влажность от 10 до 100 % (без конденсации и в рабочем состоянии) Давление От 60 до 130 кПа Дисплей Графический ЖК дисплей с одцветкой; 32 x 22 мм (128 x 64 пикс.). Светодиод Двухцветный, дополняет экран и предупреждающие сообщения. Звуковой сигнал Различные звуковые сигналы, дополняющие выводимые сообщения и предупреждения. Регистрация данных Хранение результатов 100 последних измерений с указанием номера.	шт	1	379 200	378600

Питание Одна литиевая батарейка CR123A. Индикатор уровня заряда на дисплее. На одной литиевой батарее можно выполнить примерно 1500 тестов. Крепление мундштука Защищающаяся крепление мундштука. Возможна ориентация мундштука в правую или левую сторону. Мундштук В гигиеничной индивидуальной упаковке, с защитой от манипуляций, непрекрываемый воздушный канал, с экстрактором и отраничителем, предотвращающим контакт губ проверяемого с корпусом прибора. Принцип работы Выполнение функций осуществляется с помощью одной кнопки; навигация по меню осуществляется с помощью двух других кнопок. Калибровка Калибровка влажным или сухим газом. Корпус Ударопрочный АБС/поликарбонат. Размеры(ШхВхГ), вес Прибл. 50/60х141х31 мм; прибл. 150г с батареей. Конфигурация прибора Непосредственная настройка прибора через меню (с запросом PIN-код); не требуется дополнительное программное обеспечение для ПК. Устойчивость к ударам и вибрации EN 60068-2-27, EN 60068-2-6; EN 60068-2-64 Маркировка ЕС Электромагнитная совместимость (Директива 2014/30/ЕС) Нормативы Соответствует требованиям EN 15964, NHTSA, FDA, в зависимости от конфигурации. Внутренние часы Предупреждение или отключение после окончания интервала обслуживания.					
---	--	--	--	--	--

По результатам сопоставления ценовых предложений принято, **РЕШЕНИЕ:**

1) Признать выигрышными ценовое предложение согласно нижеприведенной таблице:

№	Наименование	Победитель
1	Газоанализатор паров этанола в выдыхаемом воздухе DrägerAlcotest® 5820. Технические характеристики: Принцип измерения 1/4" селективный электрохимический DrägerSensor на алкоголь. Диапазон показаний От 0 до 2,5 мг/л; при превышении измерительного диапазона на дисплее выводится сообщение. Отбор проб Стандарт: Автоматический пробоотбор при достижении минимального объема. Также возможен пассивный пробоотбор без мундштука или ручной запуск отбора. Готовность к работе Прибл. через 2 с после включения Вывод результата измерения Прибл. через 3 с (при 0 мг/л); прибл. через 10 с (при 0,5 мг/л, при комнатной температуре). Рабочая температура От -5 до +50 °С. Относительная влажность Отн. влажность от 10 до 100 % (без конденсации и в рабочем состоянии) Давление От 60 до 130 кПа	ТОО Атон Диагностика

Дисплей Графический ЖК дисплей с одцветкой; 32 x 22 мм (128 x 64 пикс.). Светодиод Двухцветный, дополняет экран и предупреждающие сообщения. Звуковой сигнал Различные звуковые сигналы, дополняющие выводимые сообщения и предупреждения Регистрация данных Хранение результатов 100 последних измерений с указанием номера. Питание Одна литиевая батарея CA123A. Индикатор уровня заряда на дисплее. На одной литиевой батарее можно выполнить примерно 1500 тестов. Крепление мундштука Защищаемая крепление мундштука. Возможна ориентация мундштука в правую или левую сторону. Мундштук В гигиеничной индивидуальной упаковке, с защитой от манипуляций, неперекрыаемый воздушный канал, с экстрактором и ограничителем, предотвращающим контакт губ проверяемого с корпусом прибора. Принцип работы Выполнение функций осуществляется с помощью одной кнопки; навигация по меню осуществляется с помощью двух других кнопок. Калибровка Калибровка влажным или сухим газом. Корпус Ударопрочный ABS/поликарбонат. Размеры(ШхВхГ), вес Прибл. 50/60х141х31 мм; прибл. 150г с батареей. Конфигурация прибора Непосредственная настройка прибора через меню (с запросом PIN-код); не требуется дополнительное программное обеспечение для ПК. Устойчивость к ударам и вибрации EN 60068-2-27, EN 60068-2-6; EN 60068-2-64 Маркировка ЕС Электромагнитная совместимость (Директива 2014/30/ЕС) Нормативы Соответствует требованиям EN 15964, NHTSA, FDA, в зависимости от конфигурации. Внутренние часы Предупреждение или отключение после окончания интервала обслуживания.	
--	--

- 1) Закуп по лотам №1 состоялся;
- 2) ТОО Атон Диагностика, предоставить документы согласно п.102 Постановления Правительства РК от 02 июня 2021 года №375.
- 3) Заключить договор закупки в установленный срок.

Секретарь:

Специалист по государственному закупкам

Н. Бектасов

Председатель:

И.о. Главного врача

Н. Ергеев

Члены комиссий:

Главная медсестра

Н. Сыдыкбаева

Фармацевт

Л. Казанганова

