

**Протокол об итогах по Объявлению №13.
О закупках способом запроса ценовых предложений
Постановления Правительства
РК от 04 июня 2021 года № 375**

село Б.Момышулы

«05» мая 2022 г.

1. Ценовые предложения в установленный срок представили следующие потенциальные поставщики:

№ п/п	Наименование потенциального поставщика	Дата и время предоставления заявки на участие в конкурсе
1	ТОО «ONTUSTIK MEDICAL»	15:03 часов 04.05.2022 год
2	ТОО «Атон Диагностика»	10:53 часов 05.05.2022 год

2. Потенциальные поставщики представили следующие цены:

№	Наименование товара	Ед.и змер ение	Цена	Наименование потенциального поставщика, предложенная цена (тенге) за единицу	
				ТОО «ONTUSTIK MEDICAL»	ТОО «Атон Диагностика»
1	Датчик S4-1 для ультразвуковой системы ClearVue 650. РК-MT-5N017148 от 23.10.2017 до 23.10.2022. Условия поставки: DDP по договору Установка оборудования и обучение персонала на рабочем месте включаются в стоимость поставки, гарантия – 12 месяцев. Фазированный датчик с расширенным рабочим частотным диапазоном 1–4 МГц для визуализации с высоким разрешением в ходе исследований сердца, органов брюшной полости и акушерских/гинекологических исследований. Поддерживает визуализацию в режимах 2D, ЦДК, импульсно-волнового, непрерывно-волнового и энергетического доплера, а также гармоническую визуализацию тканей. Секторный фазированный датчик для кардиологических, транскраниальных, абдоминальных исследований, акушерства/гинекологии: • Диапазон частот не менее 1 – 4 МГц. • Количество элементов, не менее 64. • Угол сканирования не менее 90 град. • Вес не более 0,45 кг. Поддержка режимов: 2D• M-режим• ЦДК• PW• CW• Тканевой гармоникой• ЭДК.	шт	37000000	3700000	3590000

По результатам сопоставления ценовых предложений принято, **РЕШЕНИЕ:**

1) Признать выигрышными ценовое предложение согласно нижеприведенной таблице:

№ п/п	Наименование товара	Наименование победителя
1	Датчик S4-1 для ультразвуковой системы ClearVue 650. РК-MT-5N017148 от 23.10.2017 до 23.10.2022. Условия поставки: DDP по договору Установка оборудования и обучение персонала на рабочем месте включаются в стоимость поставки, гарантия – 12 месяцев. Фазированный датчик с расширенным рабочим частотным диапазоном 1–4 МГц для визуализации с высоким разрешением в ходе исследований сердца, органов брюшной полости и акушерских/гинекологических исследований. Поддерживает визуализацию в режимах 2D, ЦДК, импульсно-волнового, непрерывно-волнового и энергетического доплера, а также гармоническую визуализацию тканей. Секторный фазированный датчик для кардиологических, транскраниальных, абдоминальных исследований, акушерства/гинекологии: • Диапазон частот не менее 1 – 4 МГц. • Количество элементов, не менее 64. • Угол сканирования не менее 90 град. • Вес не более 0,45 кг. Поддержка режимов: 2D• М-режим• ЦДК• PW• CW• Тканевой гармоникой• ЭДК.	ТОО «Атон Диагностика»

1. ТОО «Атон Диагностика» предоставить документы согласно Глава 9 п.102 Постановления Правительства РК от 04 июня 2021 года № 375

2. Заключение договор закупа в установленный срок.

Секретарь:

Специалист по государственным закупкам

Н. Бектасов

Председатель:

Главный врач

Б. Усенбаев

Члены комиссии:

Главная медсестра

Н. Сыздыкбаева

Провизор

В. Абзелбекова



Вскрытие конвертов объявления №13 о закупе способом запроса ценовых предложений

с. Б.Момышулы

05.05.2022 год

Потенциальные поставщики представили следующие цены:

№	Наименование товара и Техническая спецификация	Цена за ед.	Наименование потенциального поставщика, предложенная цена (тенге) за единицу	
			TOO «ONTUSTIK MEDICAL»	TOO Атон Диагностика
1	Датчик S4-1 для ультразвуковой системы ClearVue 650. PK-MT-5N017148 от 23.10.2017 до 23.10.2022. Условия поставки: DDP по договору Установка оборудования и обучение персонала на рабочем месте включаются в стоимость поставки, гарантия – 12 месяцев. Фазированный датчик с расширенным рабочим частотным диапазоном 1–4 МГц для визуализации с высоким разрешением в ходе исследований сердца, органов брюшной полости и акушерских/гинекологических исследований. Поддерживает визуализацию в режимах 2D, ЦДК, импульсно-волнового, непрерывно-волнового и энергетического доплера, а также гармоническую визуализацию тканей. Секторный фазированный датчик для кардиологических, транскраниальных, абдоминальных исследований, акушерства/гинекологии: • Диапазон частот не менее 1 – 4 МГц. • Количество элементов, не менее 64. • Угол сканирования не менее 90 град. • Вес не более 0,45 кг. Поддержка режимов: 2D• M-режим• ЦДК• PW• CW• Тканевой гармоникой• ЭДК.	3 700 000	3 700 000	3 590 000

Секретарь:

Специалист по государственным закупкам

Н. Бектасов

Председатель:

Главный врач

КГП на ПХВ Жуальинской ЦРБ

Б. Усенбаев

Члены комиссии:

Главная медсестра

Н. Сыздыкбаева

Провизор

В. Абзелбекова

